



Český metrologický institut

Okružní 31, Brno, 638 00

Oblastní inspektorát Praha, Radiová 3, Praha, 102 00

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vystavení: 18.5.2009

List 1 z 1 listu



.....
Ing. Vladimír Peršl
ředitel oblastního inspektorátu

Zákazník: KVD plus, s.r.o., 277 04 Cítov č.p. 80

Měřidlo:

Druh: Váhy s neautomatickou činností třídy přesnosti (III)

Výrobce: Váhy-Rose

Typ: Stabil

Výrobní číslo: 0416

Měřicí rozsah: Max = 60 000 kg Min = 400 kg e = 20 kg d = 20 kg

Umístění měřidla: provoz Dolní Beřkovice

Použité etalony:

Sekundární etalon IV.řádu, kalibrován ČMI OI Jihlava, kalibrační list č.6151-KL-Z226-09

Výsledek: Měřidlo vyhovělo požadavkům ČSN EN 45 501 a v souladu s § 9, odst. 2 zákona o metrologii č.505/1990 Sb. v platném znění a § 6 vyhlášky MPO č.262/2000 Sb. v platném znění bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu (rozhodnutí) o schválení typu měřidla.

Platnost ověření: Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č.345/2002 Sb. v platném znění. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č.262/2000 Sb. v platném znění.

Dne: 4.5.2009

Měřil: Drahota Jaroslav